

質疑応答書

令和2年12月9日

入札件名 自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約

質 問 事 項	回 答
<p>① 仕様書7(1)</p> <p>・消耗品について「交換」とありますが、新しい消耗品を設置先に送付しお客様で交換いただく運用でもよろしいでしょうか。</p> <p>② 仕様書8(2)</p> <p>・「取扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書、取扱説明のCD-ROMを同梱していれば、現地での対応は不要でよろしいでしょうか。現地対応が必要である場合には、AED本体を開示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。</p> <p>③ 仕様書8(3)</p> <p>・「修繕等の対応を含むサポート体制」とありますが、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認の上、機器交換等を行い、現状復帰することによろしいでしょうか。</p>	<p>① 可とします。</p> <p>② 仕様書のとおり、説明をお願いします。</p> <p>③ 可とします。</p>

<p>④ 仕様書9(1)</p> <p>・「リース」「再リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。</p> <p>⑤ 仕様書6(オ)</p> <p>・仕様にAED本体・バッテリーなどについてセルフチェック機能を有し、不具合について警告する機器であることとありますが、これは電極パッドの使用期限が切れているものに関してもアラーム音にて警告する機能がある機器という認識で良いでしょうか。また、AEDの状態を遠隔で管理し、バッテリーの容量などをPCで確認する機能・メールで通知する機能も併せて必要でしょうか。</p> <p>⑥ 仕様書6(カ)</p> <p>・バッテリー容量等の状態をインジケータなどで容易に目視にて確認できることとありますが、バッテリーの残量を何段階か等、ある程度具体的に機械本体で目視で確認できる機種という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>④ 可とします。</p> <p>⑤ 仕様書のとおり、不具合について、警告する機器であれば可といたします。また、仕様書に記載していない機能の装備については、必須としません。</p> <p>⑥ バッテリー容量等の状態の確認とは、バッテリーが正常に使用できるか確認できれば可とし、残量の段階的表示等は必須としません。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(注)

- ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。