

令和3年度  
オゾン発生装置仕様書

佐 野 市

## 1 総則

この仕様書は、佐野市消防本部（以下「当消防本部」という。）が令和3年度に購入する救急車用オゾン発生装置（以下「本装置」という）について、その納入に関する必要な事項を定める。

## 2 条件

本装置は次の条件を満たすものであること。

- (1) タイマー機能を有すること。
- (2) タイマー停止後は、オゾンを自動回収する機能があること。
- (3) オゾン発生中に入室しても、センサー検知により運転が停止しオゾン回収モードへ移行する機能があること。
- (4) 持ち運びが可能であること。

## 3 調達数量

オゾン発生装置一式（活性炭フィルター含む） 3台  
活性炭フィルター予備 3枚

## 4 主要諸元

- (1) 外形寸法 330 (W) ×190 (D) ×240 (H) mm 以下
- (2) 重量 5kg 以下
- (3) オゾン発生量 500mg/h 以上
- (4) 使用温湿度範囲 0～40℃
- (5) 電源電圧 AC100V 50Hz

### 参考品

メーカー名：OHNIT（オーニット）  
商品名：剛腕 GWN-500S

## 5 納入場所

栃木県佐野市富岡町1391 佐野市消防本部 警防課

## 6 納入期限

令和4年1月31日（月）

## 7 その他

- (1) 同等品は可とするが、同等品とする場合は商品カタログおよび仕様書等を当消防本部に提出し、認否を仰ぐものとする。
- (2) 本仕様書について、疑義又は変更せざるをえない事項が生じた場合は、当消防本部に速やかに連絡するとともに、綿密に協議し、当消防本部の指示を受けるものと

する。

- (3) 資機材の保証期間は、製造元が公表する期間とし、保証書を添付すること。
- (4) 保証期間を問わず、設計、製作及び材料不良等に起因する不具合箇所が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理、改善を行うものとする。
- (5) 当消防本部と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を以って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。