

質疑応答書

令和3年10月21日

入札件名 佐野市立小中学校等自動体外除細動器（AED）賃貸借契約

| 質問事項 | 回答 |
|---|---|
| <p>仕様書 3(2)</p> <p>「日本光電工業株式会社製 AED-3100」とありますが、遠隔監視システムは必須の認識でよろしいでしょうか。</p> <p>遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社が提供する AED リモート監視システムを利用して 1 日 1 回の AED 自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AED の異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また上記対応に加え、AED の稼働状態（AED 本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポートの提出は必要でしょうか。</p> <p>必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年 1 回」からお教え頂けますでしょうか。</p> <p>なおレポートの提出はメールにて提出でよろしいでしょうか。</p> <p>また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信</p> | <p>遠隔監視システムは必須ではありません。</p> <p>AED の稼働状態のレポート提出につきましては、「仕様書 8 定期点検」に記載のとおり、説明書で推奨されている定期点検内容のとおり実施し、異常の有無を設置担当者に報告してください。</p> <p>なお、異常がある場合はすみやかに連絡し、異常のない場合、レポートの提出はメールでも可とします。</p> |

状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。

仕様書 4(2)④

救急セットの内容はニトリルグローブ 1 双、カミソリ 1 本、ハサミ 1 本、ミニタオル 1 本、蘇生用マウスピース (RESACOR) 1 個でもよろしいでしょうか。

仕様書 7(10)

セルフチェックの内容は、電極パッドのセルフテストはコネクタの接続チェック、使用期限、導通のチェックを行う機能があれば、よろしいでしょうか。

仕様書 8

「自動体外式除細動器 (AED) の適切な管理等の実施について」で求められている点検以外に、「取扱説明書」に記載された AED 使用のために日常点検等以外で手動での月に 1 回の定期点検を推奨している機種については、受託者が点検を実施し異常の有無について設置担当者へ報告すること」の記載について、メーカーの取扱説明書には「ステータスインジケータの表示を確認することで使用できる状態であることがわかりますが、より確実な動作のために、月に一回の定期点検を

可とします。

可とします。

仕様書のとおり、説明書記載内容に沿って実施してください。

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>おすすめします」とありますが、AED 本体にセルフチェック機能があり、定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備を行えば定期点検は不要としてよろしいでしょうか。</p> | |
| <p>仕様書 9(1)(2) 消耗品の交換は、新しい消耗品を設置先に送付し、不要となったものは、新しい消耗品に同梱の返送用伝票で、お客様より返送いただく運用でよろしいでしょうか。</p> | <p>可とします。返送に係る費用は受託者の負担とします。</p> |
| <p>仕様書 11(1) 「取り扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書、取扱説明の CD-ROM を同梱していれば、現地での対応は不要でよろしいでしょうか。 現地対応が必要である場合には、AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心配蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。</p> | <p>仕様書のとおり、現地での説明をお願いします。</p> |
| <p>仕様書 11(2) 「サポート体制」とありますが、24 時間体制のコールセンターがあり、お問い合わせに対応できればよろしいでしょうか。</p> | <p>可とします。</p> |

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。