

仕様書

1 件名

非接触温度測定器購入

2 数量 44台

3 仕様

○表示画面サイズ：7インチ以上

○温度測定範囲：35～40（℃）

※この範囲の測定が可能ならば可

○測定距離：30cm～100cm（マスク着用でも計測可能なもの）

※この範囲内で測定可能ならば可

○計測時間：1秒以内

○計測誤差：±0.3（℃）以内

○動作可能温度：5～50（℃）

※この範囲を満たしていれば可

○専用スタンド付きであること

○専用スタンドとの組合せ全長：110cm～150cm

※この範囲内に設定できるものは可

○その他

- ・撮影した人体を画面にて表示・認証し、非接触で体表面温度を測定できること
- ・37.5℃以上で警告音等が鳴るように設定可能なもの
- ・パソコン、サーバー等の機器と常時接続せず、単体で使用可能であること
- ・電源はアダプタ（AC100）とする

4 梱包

- ・梱包の寸法は1台ごとに、段ボール等で梱包すること

5 参考提示品

- ・（株）東亜産業
型番：サーモマネージャー（TOA-R-1000）（本体）
- ・（株）JVCケンウッド・公共産業システム AI検温ステーションVA110
型番：VA110（本体）、VA110-STD-4（フロアスタンド）

6 納品期限 令和4年3月25日（金）

7 納品場所・検査場所

旧犬伏デイサービスセンター（佐野市犬伏下町1765-1）

納品及び検査については、こども課と協議し日程調整をすること。

8 その他

- ・納品場所までの配送手数料等の費用も含むこと。
- ・専用スタンドが別売の場合、非接触検温カメラ本体と金額を合算して単価とすること。