

質疑応答書

令和5年6月20日

入札件名：佐野市国民健康保険診療所自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約

質 問 事 項	回 答
<p>仕様書2（2）③</p> <p>「救急セット」とありますが、救急セットの内容物は、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース（RESACO-R）1個でもよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書2（2）③</p> <p>可とします。</p>
<p>仕様書3（1）</p> <p>「日本光電工業株式会社 AED-3100」とありますが、</p> <p>①遠隔監視システムは不要の認識でよろしいでしょうか。</p> <p>②遠隔監視システムが必要な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また、上記対応に加え、AEDの稼働状態（AED</p>	<p>仕様書3（1）</p> <p>①ご認識のとおりです。</p> <p>②遠隔監視システムは不要です。</p>

本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量)のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。なお、レポートの提出はメールにて提出でよろしいでしょうか。

③また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。

仕様書7

消耗品において「交換」とありますが、

①消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

②AED使用時には弊社コールセンター(24時間)へご連絡頂き、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

仕様書8

「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。

③遠隔監視システムは不要です。

仕様書7

①そのような運用で問題ありません。

②そのような運用で問題ありません。

仕様書8

可とします。

<p>仕様書 9 (1)</p> <p>「本体及び付属品等の取り扱い説明および使用方法について説明を十分に行うこと」とありますが、胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明の YouTube 動画を用意しています。また、弊社コールセンター (24 時間対応) へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もごございます。</p> <p>そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書 9 (1)</p> <p>納入の際の、各診療所職員に対する機器の取り扱い及び使用方法についての説明は、それぞれの現地にて行ってください。また、説明方法については、ご提案の方法で問題ありません。</p>
---	---

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。

質疑応答書

令和5年6月20日

入札件名：佐野市国民健康保険診療所自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約

質 問 事 項	回 答
<p>仕様書6（8）</p> <p>ショックキャンセル機能について</p> <p>体動（身体の揺れ等）などのノイズでも自動キャンセルされる場合があるため、自動キャンセル機能につきましては、一長一短あります。こちらの機能は、必須機能となりますか。</p>	<p>仕様書のとおり、電気ショックを自動的にキャンセルする機能は必要です。</p>

（注）・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。