

質疑応答書

令和5年7月10日

入札件名 佐野市公民館等自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約

質 問 事 項	回 答
<p>1. 貴市都合で、契約履行期間中の解約となる場合は残りの賃貸借料を一括でお支払いただける認識で合っておりますでしょうか。</p>	<p>1. 市の責めによる契約解除によって、損害が生じた場合は、本市の賃貸借契約書に基づき、損害賠償等について協議いたします。</p>
<p>2. 履行期間終了後に延長になることは想定されますか。想定される場合、賃借料の算出方法を教えてください。</p>	<p>2. 履行期間の延長については、想定しておりません。</p>
<p>3. 履行期間終了後の撤去作業はリース会社が指定する委託業者が実施しても宜しいでしょうか。</p>	<p>3. 賃貸人（リース会社）負担による、郵便や宅配便等を利用した撤去については可とします。</p>
<p>4. 履行期間終了後のAED12台は植野地区公民館の1か所に貴市で纏めていただけますか。それとも撤去作業は履行場所12か所それぞれで実施する必要がありますか。</p>	<p>4. 撤去作業については、各設置施設において実施してください。</p>

質 問 事 項	回 答
<p>仕様書 3 (1) に「AED-3100」とありますが。</p> <p>①遠隔監視システムは、不要の認識でよろしいでしょうか。</p> <p>②遠隔監視システムが必要な場合は、日本光電工業株式会社提供の AED リモート監視システムを利用し 1 日 1 回の AED 自己診断結果情報をメールで指定先へ送信しお知らせ、WEB での確認も可能。かつ弊社でも情報を受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡させて頂き、異常内容をお客様にご確認頂く運用でよろしいでしょうか。</p> <p>③また上記に加え、AED の稼働状況レポート (AED 本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量等) の提出は必要でしょうか。レポート提出が必要な場合、提出タイミングを「毎月」「隔月」「年 1 回」のうちからご指示ください。なお提出は、メールを使用します。</p> <p>④なお設置場所の電波状況が悪い場合、通信状況が改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書 3(1)</p> <p>①ご認識のとおりです。</p> <p>②遠隔監視システムは不要です。</p> <p>③遠隔監視システムは不要です。</p> <p>④遠隔監視システムは不要です。</p>
<p>仕様書 5③に「救急セット」とありますが。内容は、ニトリルグローブ 1 双、カミソリ 1 本、ハサミ 1 本、ミニタオル 1 本、蘇生用マウスピース (RESACO-R) 1 個でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書 5③ 可とします。</p>

仕様書 5④に「キャリングケース」とありますが。

メーカー純正品とはデザインは異なりますが機能は同じ（AED 本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）、弊社製キャリングケースでよろしいでしょうか。

仕様書 8（6）に「AED 操作手順および心肺蘇生手順の音声ガイドを有していること」とありますが。

胸骨圧迫・人工呼吸の手順は AED に付帯する簡易取扱説明書に図示され、AED からは電源 ON から胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30 秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約 2 分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り 5 回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。

仕様書 10 に「消耗品」とありますが。

①消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品

仕様書 5④

メーカー純正品同様、ケースの窓からステータスインジケータの確認が出来るようなものであれば問題ありません。

仕様書 8（6）

可とします。

仕様書 10

①そのような運用で問題ありません。

を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

②AED 使用時には弊社コールセンター（24 時間）へご連絡頂き、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。

②そのような運用で問題ありません。

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。