

質疑応答書

令和6年9月18日

入札件名 自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約

質 問 事 項	回 答
仕様書5（3） 「キャリングケース 1台」とありますが、メーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ（AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。	メーカー純正品同様、ケースの窓からステータスインジケータの確認が出来るようなものであれば問題ありません。
仕様書5（4） 「救急セット」とありますが、構成品は、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース1個でもよろしいでしょうか。 メーカー品の構成は上記の通りです。	問題ありません。
仕様書11（1） 「随時、機器使用について説明を行えるサポート体制」とありますが、お客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24時間365日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応すればよろしいでしょうか。	問題ありません。

仕様書 11 (3) 「動産総合保険」とありますが、弊社レンタルサービス内で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、あらためての保険加入は不要でよろしいでしょうか。 入札公告 「リース」とありますが、弊社は、AED を含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。	動産総合保険同等以上の保証であれば、保険加入の必要はありません。 問題ありません。
--	---

(注)

- ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。