

二酸化炭素測定器（救急用カプノメータ）購入 仕様書

- 1 件名
二酸化炭素測定器（救急用カプノメータ）購入
- 2 数量
4セット
- 3 本体仕様（参考機種：マシモジャパン株式会社 EMMA）
 - （1）救急現場等の災害現場への携帯が可能であること。
 - （2）二酸化炭素ガス分圧 0～99mmHg、呼吸数 3～150bpm の測定が可能であり、二酸化炭素ガス分圧についてはカプノグラムで確認可能であること。
 - （3）気管内チューブなどの気道確保器具やマスクとの接続が可能であること。
 - （4）バッテリーはアルカリ乾電池または内部電池であり、駆動時間は概ね3時間以上であること。
 - （5）－5℃～50℃の環境下で動作可能であること。
 - （6）画面表示とアラームで異常を知らせる機能を有すること。
- 4 構成品 [1セットの内容]
 - （1）本体×1台
 - （2）本体ケース×1個
 - （3）バッテリー×1個（バッテリー駆動の場合のみ）
- 5 納入場所
栃木県佐野市富岡町1391 佐野市消防本部 警防課
- 6 納入期限
令和7年3月17日（月）
- 7 その他
 - （1）同等品は可とするが、同等品とする場合は提案協議書及び商品カタログ等を消防本部に提出し、認否を仰ぐものとする。
 - （2）保証期間は、製造元が公表する期間とし、保証書を添付すること。
 - （3）保証期間を問わず、設計、製作及び材料不良等に起因する不具合箇所が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理、改善を行うものとする。
 - （4）当消防本部と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を以って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。