

眼科屈折検査機器及び付属プリンター購入 仕様書

1. 物品及び数量 眼科屈折検査機器（キャリーケース付） 1台
 付属プリンター 1台
2. 参考品 眼科屈折検査機器 スポット™ビジョンスクリーナー AU-VS100S-J
 付属プリンター SVS プリンターセット AU-SVS-PS
3. 眼科屈折検査機器の仕様
 (1) 3歳0か月児の視機能上の問題を迅速に、かつ正確に検知することができ、持ち運びやすい携
 帯型の眼科屈折検査機器。
 (2) 近視、遠視、乱視、不同視、斜視、瞳孔不同のスクリーニングができるもの。
 (3) 操作方法等について
 ア. コンパクトで持ち運びやすい大きさであること。（本体外形寸法：W200×D250×H150mm 以内）
 イ. 同時に両目のスクリーニングが可能であること。
 ウ. 操作が簡単で、数回のトレーニングで誰でも使えるようになるもの。
 エ. 結果をその場で印刷できること。
 (4) 検査結果について
 ア. ボタンひとつで客観的な検査結果が出ること。
 イ. 高い(97%以上)スクリーニング成功率があること。
 ウ. 結果の表示が日本語表記であり、精密検査が必要な児が1分以内に判別できるもの。
4. 納品期限・納入場所について
 (1) 納入期限 令和7年3月28日
 (2) 納入場所 佐野市こども政策課
5. その他
 同等品は可とするが、同等品とする場合は提案協議書をこども政策課に提出し、仕様を満たしてい
 るか否かの確認を受けること。また、確認を受けた提案協議書を入札書等に同封すること。