

令和 7 年度

救急訓練用人形
仕様書

佐野市消防本部

1 総則

この仕様書は、佐野市消防本部（以下「当消防本部」という。）が令和7年度に購入する救急訓練用人形の仕様等について定めるものである。

2 主要諸元（想定品：株式会社 高研 SaveMan Pro）

- ・人形本体のサイズは、縦175cm×横57cm×高さ25cm（±10％）で、重量は23kg（±10％）あること。
- ・胸骨圧迫の訓練と評価（深さ、リコイル、リズム、CCF、圧迫位置、圧迫時間比等）が可能であること。
- ・バイタルサイン（心電図波形、心拍数、カプノグラム、呼吸数、SpO₂、体温、血圧等）と身体所見の情報をタブレット端末に表示可能であり、脈拍にあっては総頸動脈、橈骨動脈にて触知可能であること。
- ・気管挿管困難症例に対する訓練が可能であり、適切な長さを越えて気管挿管を実施すると片肺挿管の状態となること。
- ・人工呼吸に同期してカプノグラムの波形が出力されること。
- ・静脈路確保は、左右の正中皮静脈および手背静脈への穿刺が可能であること。
- ・静脈路確保困難モデルの取り付けが可能であること。
- ・心電図波形は、18種類以上の波形を設定でき、心電図波形に同期した脈拍触知が可能であること。
- ・2台のタブレットを使用し、1台は人形のバイタルサイン等を設定、変更するもの、もう1台はモニター表示をするものとする。
- ・タブレット用ハードケースは、タブレットのサイズに適したものとし、360度回転可能なハンドストラップ、スタンド、ショルダーストラップが付いていること。
- ・タブレット2台用キャリングケースは、タブレット2台を1つに収納することが可能な大きさとする。

3 内容

構成品（付属品）を含む救急訓練用人形一式（内訳は別表のとおりとする）

4 納入場所

栃木県佐野市富岡町1391番地 佐野市消防本部警防課

5 納入期限

令和7年9月1日（月）

6 その他

（1）同等品は可とするが、同等品とする場合は商品カタログおよび仕様書等を当

消防本部に提出し、認否を仰ぐものとする。

（２）本仕様書の不明な点および記載がない部分については事前に当消防本部へ質疑し、十分熟知のうえです承して締結するものとする。

（３）保証期間を問わず、設計、製作及び材料不良等に起因する不具合が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理、改善を行うものとする。

（４）当消防本部と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を持って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。

別表

救急訓練用人形一式内訳

想定品：株式会社 高研 SaveMan Pro

	品名と型式番号等	数量
一式内訳	人形本体	1
	ウェア上下	1
	リモコンタブレット	1
	モニタータブレット	1
	人形用バッテリー	1
	人形用バッテリー充電器	1
	パッドアダプター（日本光電 TEC 用）	1
	パッドアダプター（ZOLL メディカル X シリーズ用）	1
	人形有線接続キット	1
	シリコーンスプレー	1
	模擬異物	1
	模擬血液（500m l）	3
	血管チューブ 20 本入	2
	血管部位接続コネクタ（2 個）	1
	ベビーパウダー	1
	簡易マニュアル	1
	人形本体ソフトケース	1
	タブレット用ハードケース	2
	タブレット 2 台用キャリングケース	1
	右腕表皮	4
	左腕表皮	2
	右手表皮	1
	左手表皮	1
	輸液バッグ 2 枚入	3