

別記様式第3号（第8条関係）

質疑応答書

令和8年1月22日

入札件名　自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約（南・東・西・田沼児童館）

質問事項	回答
<p>・仕様書5（3）</p> <p>「キャリングケース」とありますが、メーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ（AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。</p>	<p>・メーカー純正品同様、ケースの窓からステータスインジケーターの確認が出来るようなものであれば問題ありません。</p>
<p>・仕様書9（1）</p> <p>「保証期間を5年以上有している」とありますが、賃貸借契約期間中は、弊社にて、定期消耗品の期限前交換や使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備を行います。</p> <p>加えてお客様からのご相談やお問合せに対応できるコールセンター（24時間365日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応します。</p> <p>上記の通り、AEDが正常に稼働するよう弊社にて対応しますので、メーカーの保証書は不要とさせていただいてよろしいでしょうか。</p>	<p>・不要で問題ありません。</p>

<ul style="list-style-type: none">・仕様書 1 1 (3) 「動産総合保険」とありますが、弊社レンタルサービス内で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。 ・入札説明書 7 (3) 「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得しておりますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・動産総合保険同等以上の保証であれば、保険加入の必要はありません。 ・問題ありません。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(注)

- ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。