

人工呼吸器 仕様書

1 総則

この仕様書は、佐野市消防本部（以下「当消防本部」という。）が令和８年度に購入する人工呼吸器の仕様等について定めるものである。

2 主要諸元（想定品：株式会社 ワコー商事 メデュマット・イージー・ＣＰＲ）

- （１）本体の大きさは横１００mm×高さ１４５mm×奥行き９０mm（±１０％）、重量は０．６kg（±１０％）であること。
- （２）駆動源は医療用圧縮酸素、バッテリーはリチウム電池であること。
- （３）換気回数は１０～２５回／分、１回換気量は６５～９５０ml の範囲内で調節可能であること。
- （４）当消防本部のトヨタハイメディック救急車への設置及び可搬が可能であること。
- （５）日本語音声ガイダンスの設定が可能であり、ＣＰＲモードが搭載されていること。

3 一式内容

- （１）標準構成
・本体（バッテリー含む）
・患者ホース
・ホースケース
・患者バルブ
・換気用トリガー
・患者マスク（成人用）
・酸素供給ホース
・救急車固定用ウォールマウント
・機能テストキット（テスト肺）
- （２）専用減圧器
- （３）搬送用バッグ
- （４）ハンドル付車載着脱用金具
- （５）患者ホースセットＢ
- （６）トヨタハイメディック固定金具（後入れナット含む）

4 数量

３セット（上記一式を１セットとする。）

5 納入場所

栃木県佐野市富岡町 1 3 9 1 番地 佐野市消防本部警防課

6 納入期限

令和 9 年 2 月 2 6 日（金）

7 その他

- （１）同等品は可とするが、同等品とする場合は商品カタログ及び仕様書等を当消防本部に提出し、認否を仰ぐものとする。
- （２）保証期間は、製造元が公表する期間とし、保証書等を添付すること。
- （３）購入から 8 年間の保守点検、バッテリー交換及びブロック交換の費用を含むこと。
- （４）本仕様書の不明な点及び記載がない部分については事前に当消防本部へ質疑し、十分熟知のうえです承して締結するものとする。
- （５）保証期間を問わず、設計、製作及び材料不良等に起因する不具合が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理、改善を行うものとする。
- （６）当消防本部と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を持って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。